



Ref. Certif. No.
US/2758/ITS

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEM CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS
DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Isolation Transformer
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	Bridgeport Magnetics 6 Waterview Dr. Shelton, CT 06484 United States of America
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Bridgeport Magnetics 6 Waterview Dr. Shelton, CT 06484 United States of America
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	Bridgeport Magnetics 6 Waterview Dr. Shelton, CT 06484 United States of America
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	230VAC, 50/60Hz, 2.7A; 120VAC, 60Hz, 5A (Values for Models Tested) Model name IP-a/b indicates the ratings, whereby "a" specifies the power in VA and "b" specifies the frequency in Hz. Maximum power: 2500VA for 50Hz, 3000VA for 60Hz.
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	Bridgeport Magnetics
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	
Model / Type Ref. Ref. De type	IP-350/50, IP-650/50, IP-1000/50, IP-1200/50, IP-1800/50, IP-2500/50, IP-300/60, IP-400/60, IP-600/60, IP-800/60, IP-1000/60, IP-1200/60, IP-1500/60, IP-2200/60, IP-3000/60
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqué sur la 2ème page)	
A sample of Product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	60601-1(ed.2);am1;am2
National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires	AU, CA, CH, DK, IL, SI, US
As show in the Test Report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat	100220280BOX-001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Intertek Testing Services, N.A.
165 Main Street, Cortland, NY 13045, USA



Date: 2010-12-21

Signature: John Quigley